

光伏专用电化学ECV FAQ

ECV安装环境要求

仪器名称电化学CV测试仪型号CVP21供应商名称瞬渺光电设备重量80kg设备尺寸（长、宽、高）70cm*60cm*40cm
额定

电压/功率

220V/50Hz300瓦配

属设施(是否用电脑、桌子等)是标配设

施主系统，电化学室，参考电极彩色**CCD**相机，计算机，打印机等等水气需求情况1. 真空泵Vacuum to hold sample(<0.2 bar) Tube ID4mm/ OD6mm2. N2 or dry air(oil free, to dry sample after process)Tube ID4mm/ OD6mm Typ. 4 bar.(should be

adjustable 2-6bar) 水气排放状况1.有盖子石灰水塑料桶一个（废液处理）2.排气管道一个Exhaust Tube with ¾ inch ID（废气处理）设备运行环境要求主要环境要求: max. 30 ° C, 不要有阳光直接照射. For Silicon (because of Fluoride electrolytes): 通风良好.

(唯一的)问答 ID: #1074

作者: solarrrd

更新时间：2023-10-17 08:58